

## 洁源县卫生健康局负压救护车采购项目变更公告

1、原招标文件第二部分 招标项目内容及要求 (七)、 医疗舱要求 ★1、医疗舱基本尺寸 (长\*宽\*高)(mm):  $\geq 2600*1730*1720$ 。

现更正为(七)、 医疗舱要求 1、医疗舱基本尺寸 (长\*宽\*高)(mm):  $\geq 2600*1730*1720$ , 删除“★”。

2、原招标文件提交投标文件截止时间、开标时间 2021 年 5 月 13 日 9 点 00 分,  
现更正为: 提交投标文件截止时间、开标时间 2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分。

3、原招标文件资金支付方式: 签订合同供货完成验收合格后支付中标价的 90%, 质保期满后付清剩余 10%。

现更正为: 资金支付方式: 签订合同供货完成验收合格后支付中标价的 90%, 剩余的 10% 为质保金 1 年后付清。



扫描全能王 创建